РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА № 004/3-251

на испытательное оборудование

1 Наименование: **Шкаф сушильный ШСП-0,25-60**

2 Заводской №: **8592**

3 Назначение: Сушка материала СО/ОК

4 Технические характеристики.

Отклонение температуры от заданной, °С: 0,5

Точность поддержания температуры, °С: 0,5

5 Результаты первичной аттестации от 06.12.2011 г.

Проверяемая характеристика	Установленное значение	Допускаемое значение
Диапазон измерений температуры, °С		0 -250
Точность поддержания температуры, °С		0,5

Периодичность аттестации: 1 раз в 2 года. Место хранения: к.801

Техническое обслуживание проводится при проведении периодической аттестации

Ответственный за состояние СИ и ВО _____ Мигаль П.В.

6 Журнал периодической аттестации и технического обслуживания.

№ протокола	Дата проведения	Результат (Годен / Не годен)
001	06/12/11	годен
223	02/12/13	годен